

Ewa Brzostek
Pielęgniarka Koordynująca
Poradni Onkologicznej i Chemioterapii AmbulATORYJNEJ

Wejherowo 15.12.2016 r.

**Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku
Komisja Ds. Pielęgniarstwa diagnostycznego**

Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu sytuacji podawania preparatów kontrastujących (iniekcje pod wysokim ciśnieniem) przez założone port naczyniowe. Producent portów firmy Polysite, które obecnie są u nas zakładane twierdzi iż wszystkie porty żyłne Polysite są kompatybilne z kontrastem podawanym w CT i MRI. Nasi radiolodzy natomiast twierdzą, że nie mogą podawać kontrastów przez port i też tego nie robią. Pacjenci skarżą się, że mimo założonego portu nikt na TK go nie obsługuje, a przecież korzystanie z portu w takich sytuacjach poprawia komfort chorego nie narażając go na stres i ból związany z uzyskaniem dostępu do żyły obwodowej, który u pacjentów onkologicznych nie należy do łatwych. Próby założenia wenflonu kończą się niepowodzeniem. Bardzo proszę o podjęcie działań w tym kierunku.

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA
Poradni Onkologicznej i Chemioterapii AmbulATORYJNEJ
Ewa Brzostek
specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
0822 0004805P
Przodzek

Poproszenie wniosek o wyjaśnienie
w/w sprawy.

Dyrektor 16.12.2016.
ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki

Pielęgniarka Naczelna
dr Beata Wieczorek - Wójcik